

BON DE TRANSMISSION DE RESULTATS D'EXAMENS DELOCALISES

CHI Frejus Saint-Raphaël

Service de Biologie

39 06 (réception)

04 94 40 20 26 (secrétariat)

GLIMS

Etiquette CB patient

Si indisponible, inscrire:
 Nom Prénom:.....
 Nom de jeune fille:.....
 Date de naissance:.....
 Sexe:.....
 N° de séjour:.....

Etiquette CB UF

Prescripteur:

Préleveur:



Date de prélèvement

/ /

Heure

H

DEPISTAGE DES TOXIQUES ET DROGUES URINAIRES EN BIOLOGIE DELOCALISEE

Examen réalisé par

Lot n°

Expire le

RESULTATS

MET (Méthamphétamine)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
COC (Cocaïne)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
THC (Cannabis)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
BZO (Benzodiazépines)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
TCA (Tricycliques)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
BAR (Barbituriques)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
AMP (Amphétamines)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
MOP (Opiacés)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
MDMA (Ecstasy)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
MTD (Méthadone)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable
BUP (Buprénorphine)	<input type="checkbox"/> Négatif	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Ininterprétable

	Bande contrôle C et Pas de bande test T	<p style="text-align: center;">Le test est positif.</p> Présence d'un toxique donné dans l'échantillon à une concentration dépassant le seuil de détection du toxique considéré.
	Bande contrôle C et Bande test T (même de faible intensité)	<p style="text-align: center;">Le test est négatif.</p> Absence d'un toxique donné dans l'échantillon ou présence à une concentration en dessous du seuil de détection du toxique considéré.
	Pas de bande C ou Pas de bandes	<p style="text-align: center;">Le test est invalide : recommencer la procédure avec une nouvelle cassette.</p> Volume d'échantillon inadéquat ou procédure incorrecte.



HORODATAGE
dans le sens et au niveau de la flèche

Ce cadre est réservé à l'horodatage. Ne rien inscrire d'autre.

